

## Resin-based Dental Restorative Material



SYRINGE

REF PE01

Last updated 2021-04-20 Rev.D

### ENGLISH

Read all information, precautions and notes before using.

#### ■ PRODUCT DESCRIPTION AND GENERAL INFORMATION

- OMNICHROMA BLOCKER is a light-cured, radiopaque, composite resin. OMNICHROMA BLOCKER contains 82% by weight (71% by volume) of silica-zirconia filler and composite filler. A high filler load offers decreased polymerization shrinkage. All inorganic filler contained in OMNICHROMA BLOCKER is a spherical filler (mean particle size 0.3 µm). The monomer matrix contains Bis-GMA and Triethylene-glycol dimethacrylate.
- OMNICHROMA BLOCKER is provided either in SYRINGE or Pre Loaded Tip (PLT).
- OMNICHROMA BLOCKER is designed for use as a thin layer at the lingual cavity wall of extensive class III and IV restorations. OMNICHROMA BLOCKER can mask slight discoloration or reconstruct a highly opaque tooth.

#### ■ INDICATIONS

For use as a tooth shade resin in dental procedures. OMNICHROMA BLOCKER is designed for use as a thin layer at the lingual cavity wall of extensive class III and IV restorations. OMNICHROMA BLOCKER can mask slight discoloration or reconstruct a highly opaque tooth.

#### ■ CONTRAINDICATIONS

OMNICHROMA BLOCKER contains methacrylic monomers. Do not use OMNICHROMA BLOCKER for patients allergic to or hypersensitive to methacrylic and related monomers.

#### ■ PRECAUTIONS

- DO NOT use OMNICHROMA BLOCKER for any purpose other than those listed in these instructions. Use OMNICHROMA BLOCKER only as directed herein.
- OMNICHROMA BLOCKER is designed for sale and use by licensed dental care professionals only. It is not designed for sale nor is it suitable for use by non-dental care professionals.
- DO NOT use OMNICHROMA BLOCKER if the safety seals are broken or appear to have been tampered with.

If OMNICHROMA BLOCKER causes an allergic reaction or oversensitivity, discontinue its use immediately.

Use examination gloves (plastic, vinyl, or latex) at all times when handling OMNICHROMA BLOCKER to avoid the possibility of allergic reactions from methacrylic monomers.

Note: Certain substances/materials may penetrate through examination gloves. If OMNICHROMA BLOCKER comes in contact with the examination gloves, remove and dispose of the gloves, and wash hands thoroughly with water as soon as possible.

Avoid contact of OMNICHROMA BLOCKER with eyes, mucosal membrane, skin and clothing.

If OMNICHROMA BLOCKER comes in contact with the eyes, thoroughly flush eyes with water and immediately contact an ophthalmologist.

If OMNICHROMA BLOCKER comes in contact with the mucosal membrane, wipe the affected area immediately, and thoroughly flush with water after the restoration is completed.

If OMNICHROMA BLOCKER comes into contact with the skin or clothing, immediately saturate the area with alcohol-soaked cotton swab or gauze.

Instruct the patient to rinse his mouth immediately after treatment.

OMNICHROMA BLOCKER should not be ingested or aspirated. Ingestion or aspiration may cause serious injury.

To avoid the unintentional ingestion of OMNICHROMA BLOCKER, do not leave it unsupervised within the reach of patients and children.

Clean the placement instruments with alcohol after use.

10) When using a light-curing unit, protective eye shields, glasses or goggles should be worn.

11) This product is designed to be used at room temperature (18 - 30°C / 62 - 84°F). Allow product to reach room temperature prior to use. Cold material may be difficult to extrude.

#### ■ INDICATIONS FOR FILLING AND CURING

OMNICHROMA BLOCKER is designed to be used with either a halogen or LED curing-light with a wavelength of 400-500 nm. Be sure to light-cure OMNICHROMA BLOCKER extra-orally and check the time needed for complete hardening of OMNICHROMA BLOCKER with your light-curing unit before performing the bonding procedure. The below table illustrates the relationship between curing time and increment depth:

Light type	Intensity (mW/cm²)	Curing time (seconds)	Increment depth (mm) <sup>1)</sup>
Halogen	400	20	1.8
	600	20	1.9
	800	10	1.7
LED	800	20	2.0
	400	20	1.6
	600	20	1.7
	800	10	1.7
	1200	10	1.8
	2300	6	1.9

1) Increment depth was determined on the basis of test results performed in accordance with section 7.10 "depth of cure" of ISO 4049.

#### ■ SPECIAL NOTES FOR THE USE OF PLT

1) PLTs are designed for single patient use only. To avoid cross infection, Do not re-cap and/or re-use the PLT tip once material has been dispensed for that patient.

2) Dispensers are not provided for OMNICHROMA BLOCKER. Use a dispenser that fits the PLT of OMNICHROMA BLOCKER. For proper use and proper disinfection, see manufacturer's instructions.

3) Use light, applied pressure to prevent any continued extrusion of material following pressure release.

#### ■ STORAGE

1) Store OMNICHROMA BLOCKER at a temperature between 0 - 25°C (32 - 77°F).

2) AVOID direct exposure to light and heat.

3) DO NOT use OMNICHROMA BLOCKER after the indicated date of expiration on the syringe or PLT package.

#### ■ DISPOSAL

To safely dispose of excess OMNICHROMA BLOCKER, extrude unused portion from SYRINGE or PLT and light-cure before disposal.

#### ■ CLINICAL PROCEDURE

##### 1. Cleaning

Thoroughly clean the tooth surface with a rubber cup and a fluoride-free paste then rinse with water.

##### 2. Shade Selection

Select OMNICHROMA BLOCKER as the initial layer under OMNICHROMA, with direct restorations of extensive Class III or IV cavity using OMNICHROMA.

##### 3. Isolation

A rubber dam is the preferred method of isolation.

##### 4. Cavity Preparation

Prepare the cavity and rinse with water. Add bevels to the enamel margins of anterior preparations (class III, IV, V), as well as chamfers to the margins of posterior preparations (class I, II), bevels and chamfers assist in erasing demarcations between the cavity margins and restoration, thereby enhancing both esthetics and retention.

- Scalloped bevel could be desirable depending on the esthetics and retention.

- In case of porcelain/composite repairs, roughen the surface with a bur or a diamond point to prepare the area for adhesion; apply phosphoric acid etch for cleaning; rinse thoroughly with water; air dry thoroughly and treat with a silane coupling agent, followed by a metal primer if metal is exposed on the fractured surfaces according to manufacturer's instructions.

##### 5. Pulp Protection

Glass ionomer or a calcium hydroxide lining should be applied if the cavity is in close proximity to the pulp. DO NOT USE EUGENOL BASED MATERIALS to protect the pulp as these materials will inhibit curing of bonding agent and/or OMNICHROMA BLOCKER. OMNICHROMA BLOCKER is not indicated for direct pulp capping.

#### 6. Bonding System

Apply a bonding system according to manufacturer's instructions.

- If you want to use self-cured or dual-cured bonding systems, please confirm that such bonding systems are compatible with the light-cured composite resins being used.

#### 7. Dispensing

##### 7-1. PLT

Please read ■■■■■ NOTES FOR THE USE OF PLT before use.

- Load the PLT into a dispenser that fits the PLT.

##### 7-2. SYRINGE

Remove the syringe cap. Extrude the paste directly into cavity or indirectly on the mixing pad.

##### 7-3. SYRINGE

Remove the syringe cap. Extrude the paste onto a mixing pad by turning the handle clockwise. After dispensing, turn the handle counter-clockwise by a half to full turn to release residual pressure inside the syringe and re-cap the syringe immediately after dispensing.

- DO NOT apply unnecessary force to the syringe immediately after removing from the refrigerator.

##### 8. Filling

Fill the cavity with OMNICHROMA BLOCKER as an initial layer. Increments should not exceed the indicated depth (please refer to the aforementioned table).

- DO NOT mix OMNICHROMA BLOCKER with other brands of resin composite to avoid incomplete cure or voids.

##### 9. Curing

Light-cure each increment for at least the indicated time (please see aforementioned table), keeping the curing-light tip within a distance of 2 mm from the increment.

- Follow the filling and curing instructions of OMNICHROMA to be layered over the cured resin.

##### 10. Finishing

Shape and polish the restoration according to instructions for OMNICHROMA used as the surface layer of the restoration.

- Instruct the patient adequately on the maintenance of the restoration after treatment.

The user and/or patient should report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

**IMPORTANT NOTE:** The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by improper use of this product. It is the personal responsibility of the dental professional to ensure the product is suitable for application before use.

Specifications are subject to change without notice. When the product specification changes, the instructions and precautions may change also.

### БЪЛГАРСКИ

Преди употреба прочетете всички данни, предизвикателни мерки и забележки.

#### ■ ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1) OMNICHROMA BLOCKER представлява фотополимеризирана рентгеноконтрастен композитен материал. OMNICHROMA BLOCKER съдържа 82% въглен (71% във объем) от обема на силициево-хидроксиден пълнител и композитен пълнител. Високо съдържание на пълнителите е характерно за OMNICHROMA BLOCKER, със сферична форма (среден размер на частични: 0,2 µm, диапазон на размера на частични: 0,1 - 0,3 µm). Мономерната основа съдържа Bis-GMA и триетилен гликол диметакрилат.

2) OMNICHROMA BLOCKER е предоставена в SYRINGE или Pre Loaded Tip (PLT).

3) OMNICHROMA BLOCKER е предназначена за употреба като тънък слой върху кавитета на кавитета клас III или IV посредством екстензивното възстановяване на кавитета.

4) OMNICHROMA BLOCKER е създадена като начален слой под OMNICHROMA, при директен екстензивен възстановяване на кавитета клас III или IV посредством екстензивното възстановяване на кавитета.

5) OMNICHROMA BLOCKER е използвана като изолираща материял.

6) Използвайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

7) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

8) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

9) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

10) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

11) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

12) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

13) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

14) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

15) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

16) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

17) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

18) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

19) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

20) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

21) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

22) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

23) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

24) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

25) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

26) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

27) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

28) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

29) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

30) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

31) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

32) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

33) Употребявайте сърцевината на кавитета и промийте с вода.

PLT de OMNICHROMA BLOCKER. Per un utilizzo corretto e una disinfezione appropriata, consultare le istruzioni fornite dal produttore.

3) Aplicare una pressione leggera e controllata per evitare che il materiale continuo ad essere esteso anche quando cessa la pressione.

#### ■CONSERVAÇÃO

1) Conservar OMNICHROMA BLOCKER a una temperatura compresa fra 0 - 25°C (32 - 77°F).

2) EVITARE l'esposizione diretta alla luce e al calore.

3) Non utilizzare OMNICHROMA dopo la data di scadenza indicata sulla confezione della stringa o del PLT.

#### ■SMALTIMENTO

Per uno smaltimento sicuro dei residui di OMNICHROMA BLOCKER, estrudere il prodotto inutilizzabile dalla SERINGA o dal puntale PLT e sottoporre a fotopolimerizzazione prima dello smaltimento.

#### ■PROCEDURA CLÍNICA

##### 1. Pulizia

Pulire accuratamente la superficie del dente con una coppetta in gomma e una pasta priva di flúor e sciaccuare con acqua.

##### 2. Scelta del colore

Selezionare OMNICHROMA BLOCKER come strato iniziale sotto OMNICHROMA, per il restauro diretto di cavità estese di Classe III o IV usando OMNICHROMA.

##### 3. Isolamento

Il migliore metodo di isolamento è una diga dentale.

##### 4. Preparazione da Cavità

Preparare la cavità e sciaccuare con acqua. Praticare un bissello sui margini dello smalto delle preparazioni anteriori (classe III, IV, V), nonché un chamfer sui margini delle preparazioni posteriori (classe I, II), poiché bisselli e chamfer sono d'aiuto nell'eliminazione della linea di demarcazione tra i margini della cavità e il resto, migliorando così sia l'aspetto estetico che la ritenzione.

- Un bissello potrebbe essere opportuno sulla base di esigenze estetiche o di ritenzione.

- In caso di riparazioni su porcellana/composito, irruvidire la superficie con una fresa o una punta diamantata per preparare l'area dell'adesivo; applicare acido fosforico per la pulizia, sciaccuare accuratamente con acqua, asciugare a fondo con aria e trattare con agente silano, seguito da un primer metallico se sulle superfici fratturate vi è esposizione di metallo, attendendo alle istruzioni del produttore.

##### 5. Protezione della polpa dentale

Se la cavità dentale si trova nelle immediate vicinanze della polpa, si raccomanda di applicare un rivestimento vetroinomerico o idrossido di calcio. NON UTILIZZARE MATERIALI A BASE DI EUGENOL per proteggere la polpa, poiché questi materiali imbibiscono la polimerizzazione dell'agente adesivo e/o di OMNICHROMA BLOCKER. OMNICHROMA BLOCKER non è indicato per l'appicciamiento diretto della polpa.

##### 6. Sistema adesivo

Applicare il sistema adesivo secondo le istruzioni del produttore.

- Se si desidera utilizzare sistemi adesivi autopolimerizzanti o a polimerizzazione duale, verificare che tali sistemi siano compatibili con le resine composite fotopolimerizzabili impiegate.

##### 7. Erogazione

###### 7-1. PLT

Si prega di leggere le ■NOTAS ESPECIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO PLT prima dell'uso.

- Posizionare il PLT in un dispenser adatto al PLT

- Rimuovere il cappuccio del PLT

- Estrudere la pasta direttamente nella cavità o indirettamente su un bloccetto di miscelazione.

###### 7-2. SERINGA

Rimuovere il cappuccio della seringa. Estrudere la pasta su un bloccetto di miscelazione ruotando l'impugnatura in senso orario. Subito dopo l'erogazione, girare l'impugnatura in senso antiorario con un mezzo giro o un giro completo per rilasciare la pressione residua interna alla seringa e richiudere la seringa immediatamente dopo l'erogazione.

- Non estrarre una forza eccessiva sulla seringa subito dopo averla tolta dal frigorifero.

##### 8. Riempimento

Riempire la cavità con OMNICHROMA BLOCKER come strato iniziale. Gli incrementi non devono superare la profondità indicata (vedere tabella precedente).

- NON mischiare OMNICHROMA BLOCKER con composti di resina di altre marche per evitare una polimerizzazione incompleta o spazi vuoti.

##### 9. Polimerizzazione

Fotopolimerizzare ciascun incremento per almeno il tempo indicato (vedere la tabella precedente), mantenendo la punta del dispositivo di fotopolimerizzazione a una distanza di 2 mm dall'incremento.

- Seguire le istruzioni di riempimento e polimerizzazione di OMNICHROMA da stratificare sopra OMNICHROMA BLOCKER polimerizzato.

##### 10. Finitura

Modellare e lucidare il resto attenendosi alle istruzioni per OMNICHROMA usato come strato superficiale per il resto.

- Istruire adeguatamente il paziente sulla manutenzione del resto dopo il trattamento.

L'utente e/o il paziente sono tenuti a segnalare qualsiasi evento avverso grave occorso in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utente e/o il paziente risiedono.

**NOTA IMPORTANTE:** Il produttore non è responsabile di danni o lesioni causate dall'uso improprio di questo prodotto. Rientra nella personale responsabilità dell'utilizzatore professionale assicurarsi, prima dell'uso, che il prodotto sia idoneo per il tipo d'intervento previsto.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La variazione delle specifiche del prodotto può comportare anche la modifica delle istruzioni.

#### ■PORTUGUÊS

Antes de usar leia atentamente todas as informações, precauções e notas.

#### ■DESCRIÇÃO DO PRODUTO E INFORMAÇÕES GERAIS

1) OMNICHROMA BLOCKER é uma resina composta, fotopolimerizável e radiopaca. OMNICHROMA BLOCKER contém 82% em peso (71% em volume) de carga em silício-zircônio e material compósito. Uma maior quantidade de componentes de carga proporciona uma menor contração de polimerização. Toda a carga inorgânica contida no OMNICHROMA BLOCKER são de partículas esféricas (tamanho médio das partículas: 0,2 µm na faixa de 0,1 a 0,3 µm). A matriz do monômero contém Bis-GMA e Trietilenoglicol-dimetacrilato.

2) OMNICHROMA BLOCKER está disponível em SERINGAS ou em doses individuais (PLT, Pre Loaded Tip™).

3) OMNICHROMA BLOCKER foi projetado para ser aplicado como uma fina camada na reconstrução da parede palatal de restaurações de classe III e IV. OMNICHROMA BLOCKER pode mascarar uma descoloração ligeira ou reconstruir um dente altamente opaco.

#### ■INDICAÇÕES

Para uso como resina de tonalidade dental em procedimentos odontológicos.

OMNICHROMA BLOCKER foi projetado para ser aplicado como uma fina camada na reconstrução da parede palatal de restaurações de classe III e IV. OMNICHROMA BLOCKER pode mascarar uma descoloração ligeira ou reconstruir um dente altamente opaco.

#### ■CONTRA-INDICAÇÕES

OMNICHROMA BLOCKER contém monômeros de metacrilato. NÃO usar OMNICHROMA BLOCKER em pacientes alérgicos ou hipersensíveis aos monômeros de metacrilato e monômeros relacionados.

#### ■PRECAUÇÕES

1) NÃO usar OMNICHROMA BLOCKER para nenhum outro propósito que não sejam os listados nestas instruções. Use OMNICHROMA BLOCKER apenas no sentido destas instruções.

2) OMNICHROMA BLOCKER foi desenvolvido para venda e uso exclusivo por profissionais de saúde dental licenciados. Não foi desenvolvido para venda nem uso por pessoal não qualificado na área de saúde dental.

3) NÃO usar OMNICHROMA BLOCKER se os selos de segurança se encontrarem quebrados ou parecerem ter sido adulterados.

4) Se OMNICHROMA BLOCKER causar reação alérgica ou hipersensibilidade, interromper imediatamente o seu uso.

5) Ao manusear OMNICHROMA BLOCKER use sempre luvas de procedimento (plástico, vinil ou latex) para evitar a possibilidade de reações alérgicas aos monômeros de metacrilato.

Nota: Certas substâncias/materials podem penetrar através das luvas de procedimento. Se OMNICHROMA BLOCKER entrar em contato com as luvas de procedimento, retire e descarte as luvas e lave as mãos ou mãos e pés.

6) Evitar o contato de OMNICHROMA BLOCKER com os olhos, membranas mucosas, pele e roupas.

- Se OMNICHROMA BLOCKER entrar em contato com os olhos, lave com água em abundância e contatar imediatamente um oftalmologista.

- Se OMNICHROMA BLOCKER entrar em contato com as membranas mucosas, limpe imediatamente a área afetada e lave com água em abundância, depois de terminada a restauração.

- Se OMNICHROMA BLOCKER entrar em contato com a pele ou com a roupa, lave de imediato a área com uma gaze e compressa de algodão emborrachado em álcool.

- Instruir o paciente a enxugar a boca imediatamente após o tratamento.

7) OMNICHROMA BLOCKER não deve ser ingerido ou aspirado. A sua ingestão ou aspiração pode causar lesões graves.

8) De forma a evitar a ingestão accidental de OMNICHROMA BLOCKER, nunca o deixe sem

supervisão ao alcance de pacientes ou crianças.

9) Limpar os instrumentos de aplicação com álcool depois do uso.

10) Ao usar uma unidade de fotopolimerização, deve-se usar máscara ou óculos de proteção para olhos.

11) Este produto foi projetado para ser utilizado à temperatura ambiente (18 - 30°C / 62 - 84°F). Deixar o produto a temperatura ambiente antes de utilizá-lo. Pode ser difícil extrusão de um material frio.

#### ■INDICAÇÕES PARA RESTAURAÇÃO E POLIMERIZAÇÃO

OMNICHROMA BLOCKER foi projetado para ser usado com qualquer uma luz de polimerização de tipo halógeno ou LED com um comprimento de onda de 400-500 nm.

Asegurar-se de fotopolimerizar OMNICHROMA BLOCKER fora da boca e verificar o tempo

requerido para o endurecimento completo do OMNICHROMA BLOCKER com a sua unidade de fotopolimerização antes de fazer o procedimento de adesão. A tabela abaixo ilustra a relação entre o tempo de polimerização e a profundidade de incremento.

Relação entre o tempo de polimerização e a profundidade de incremento

Tipo de luz	Intensidade (mW/cm²)	Tempo de polimerização (segundos)	Profundidade de incremento (mm) <sup>(1)</sup>
Halógeno	400	20	1,8
	600	20	1,9
	800	10	1,7
LED	400	20	1,6
	600	20	1,7
	800	10	1,9
	1200	10	1,8
	2300	6	1,9

1) A profundidade de incremento foi determinada com base nos resultados de testes realizados em conformidade a secção 7.10 "profundidade de polimerização" da norma ISO 4049.

#### ■NOTAS ESPECIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO PLT

1) Os PLTs foram projetados somente para o uso em um único paciente. Para evitar contaminação cruzada, NÃO fechar a tampa e reutilizar a ponta PLT uma vez que o material terá sido aplicado em um paciente.

2) NÃO fornecidas pistolas aplicadoras para o OMNICHROMA BLOCKER. Utilizar um aplicador que se ajuste ao PLT do OMNICHROMA BLOCKER. Para o uso adequado e desinfecção apropriada, consultar as instruções do fabricante.

3) Usar uma pressão leve e controlada para evitar qualquer extrusão contínua do material devido à liberação da pressão.

4) Evitar a exposição direta à luz e calor.

5) NÃO usar OMNICHROMA BLOCKER depois da data de expiração indicada na seringa ou no embalagem do PLT.

#### ■DESCARTE

Parar descartar o excesso de OMNICHROMA BLOCKER, fazer extrusão da porção não usada da SERINGA ou PLT e fotopolimerizar antes de descartar.

#### ■PROCEDIMENTO CLÍNICO

##### 1. Limpeza

Limpar cuidadosamente a superfície dentária com uma taca de borracha e uma pasta sem flúor, e enxaguar com água.

##### 2. Seleção de Tonalidade

Selecionar OMNICHROMA BLOCKER como camada inicial sob OMNICHROMA, com restaurações diretas de cavidades extensas de Classe III ou IV usando OMNICHROMA.

##### 3. Isolamento

Um dique de borracha é o método preferencial de isolamento.

##### 4. Preparação da Cavidade

Preparar a cavidade e enxaguar com água. Acrescentar bisséis nas margens de esmalte de preparações de dentes anteriores (classes III, IV, V), bem como chanfros às margens das preparações posteriores (classe I e II), bisséis e chanfros melhoram assim a estética e retenção da restauração ao transferir a transição entre as margens da cavidade e a restauração.

- Bisséis com recortes rendidinhos podem ser desejáveis dependendo da estética e retenção.

- No caso de reparos de porcelana/compósito, tornar a área áspera com uma broca ou ponta de diamante para preparar a zona de adesão, aplicar acido fosforico para limpeza, enxaguar meticoliticamente com água, secar completamente com ar e tratar com um agente de acoplamento silano de acordo com as instruções do fabricante. Se houver elemento de metal exposto na superfície fraturada, utilize um primer de metal.

##### 5. Proteção da Polpa

Deve-se aplicar revestimento de ionômero de vidro ou hidroxido de cálcio se a cavidade estiver muito próxima da polpa. NÃO USE MATERIALS BASEADOS EM EUGENOL para estiver com a polpa estreita devido ao efeito de inibição da polimerização do agente de ligação e/ou OMNICHROMA BLOCKER. OMNICHROMA BLOCKER não é indicado para cobrir diretamente a polpa.

6. Modelar e lucidar o resto atendendo alle istruções per OMNICHROMA usato come strato superficiale per il resto.

- Istruire adeguatamente il paziente sulla manutenzione del resto dopo il trattamento.

L'utente e/o il paziente sono tenuti a segnalare qualsiasi evento avverso grave occorso in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utente e/o il paziente risiedono.

##### 7. Erogazione

###### 7-1. PLT

Si prega di leggere le ■NOTAS ESPECIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO PLT prima dell'uso.

&lt;p